

# تجهيزات آزمایشگاهی ارک

## ARK Laboratory Equipment



### دستگاه تعیین درصد هوای بتن تازه

#### Air Entrainment Meter

☎ ۰۲۱۴۴۴۷۹۲۸۱ و ۰۲۱۴۴۴۷۸۳۲۰  
✉ info@arktestgroup.com  
🌐 www.arktestgroup.com

تهران، پونک، خیابان میرزابابایی، نرسیده به اتوبان شهید ستاری،  
روبروی مجتمع ورزشی موسسه خیریه عمل، پلاک ۲۰۴، واحد ۹



## دستگاه تعیین درصد هوای بتن تازه

### Air Entrainment Meter

کاربرد:

از دستگاه تعیین درصد هوای بتن تازه - دستگاه هواسنج بتن برای اندازه گیری مقدار هوای بتن تازه استفاده می شود. این دستگاه از نوع A بوده و مقدار درصد هوا از روی ستون ۰٪ تا ۱۰٪ به طور مستقیم خوانده می شود.

استانداردها: ASTM C231 و AASHTO T152

### مدل CO69

مشخصات فنی:

Type A	نوع دستگاه
۶ لیتر	حجم
۲/۵ بار	گیج
۳۵۰*۳۵۰*۶۷۰	ابعاد (mm)
۱۵	وزن حدودی (kg)
- - - -	اقلام همراه



۰۲۱-۴۴۴۷۸۳۲ و ۰۲۱-۴۴۴۷۹۲۸۱

✉ [info@arktestgroup.com](mailto:info@arktestgroup.com)

🌐 [www.arktestgroup.com](http://www.arktestgroup.com)